

Số: /SYT-KHTC
V/v đề nghị cung cấp
báo giá bình oxy

Hà Tĩnh, ngày tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Sở Y tế Hà Tĩnh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm bình oxy cho các trạm y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên Chủ đầu tư: Sở Y tế Hà Tĩnh.
- Địa chỉ: 09 Nguyễn Huy Oánh, phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Võ Phan Khánh Hương;
- Chức vụ: Chuyên viên phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế Hà Tĩnh;
- Số điện thoại: 0913060285;

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Báo giá gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ: phòng Kế hoạch Tài chính - Sở Y tế Hà Tĩnh, số 09 Nguyễn Huy Oánh, phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Lưu ý:

- Số lượng Báo giá: 02 bản gốc (theo Mẫu kèm theo).
- Báo giá phải để vào túi hồ sơ, có niêm phong, bên ngoài ghi rõ “Báo giá mua sắm bình oxy cho các trạm y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19” Sở Y tế Hà Tĩnh.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h30 ngày 27 tháng 11 năm 2023 đến trước 17h30 ngày 06 tháng 12 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục tài sản: chi tiết theo phụ lục đính kèm.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: tại các đơn vị trực tiếp sử dụng.

- Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển, bảo quản trang thiết bị trên đường vận chuyển.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 60 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: không.

- Thanh toán: Sau khi nhà thầu cung cấp hàng hóa, nghiệm thu và bàn giao đầy đủ hồ sơ thủ tục, chủ đầu tư thanh toán 100% giá trị hợp đồng cho nhà thầu.

(Nội dung thực hiện có thể thay đổi theo thỏa thuận trong Hợp đồng)

Đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.
- Công thông tin điện tử Sở Y tế.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Đức

DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ
(Kèm theo Công văn số /SYT-KHTC ngày /11/2023)

TT	Danh mục hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Hãng sản xuất, xuất xứ	Số lượng	Đơn vị tính
1	Bình oxy 40 lít (Bao gồm Bộ đồng hồ)	<p>1. Bình oxy: Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 Thông số kỹ thuật: - Bình khí oxy mới: 100% - Thể tích: 40 lít - Áp suất làm việc: 150 bar =150 kg/cm²) - Có giấy chứng nhận kiểm định an toàn khi bàn giao hàng hóa</p> <p>2. Bộ đồng hồ (Bộ điều chỉnh khí oxy, đo lưu lượng, bình làm ấm, mặt nạ thở, dây dẫn mặt nạ, bộ lọc, đồng hồ đo áp suất). Thông số kỹ thuật: - Đồng hồ đo lượng oxy trong bình: 01 cái - Cột đo lưu lượng khí oxy ra: 01 cái - Bình tạo ấm khí oxy: 01 cái - Dây thở kèm mask: 01 cái - Thông số kỹ thuật: - Áp lực đầu vào: 15 Mpa - Áp lực đầu ra: 0,2-0,3 Mpa - Van an toàn: 0,35 ± 0,05 Mpa - Lưu lượng: 1 – 10 lít/phút, điều chỉnh được - Mức áp suất khí trên đồng hồ: 250 kg/cm².</p>	- Bình oxy: Model: 40L Type: ISO219 - Bộ đồng hồ oxy: Model: HG-IG-R001/15	Nanjing Ocean Medical Products Co., Ltd - Trung Quốc	120	Bộ
2	Bình oxy 10 lít (Bao gồm Bộ đồng hồ)	<p>1. Bình oxy: Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 Thông số kỹ thuật: - Bình khí oxy mới 100% - Thể tích bình 10 lít - Áp suất thử: 250 bar - Áp suất làm việc: 150 bar - Có giấy chứng nhận kiểm định an toàn khi bàn giao hàng hóa.</p> <p>2. Bộ đồng hồ (Bộ điều chỉnh khí oxy, đo lưu lượng, bình làm ấm, mặt nạ thở, dây dẫn mặt nạ, bộ lọc, đồng hồ đo áp suất). Thông số kỹ thuật: - Đồng hồ đo lượng oxy trong bình: 01 cái - Cột đo lưu lượng khí oxy ra: 01 cái - Bình tạo ấm khí oxy: 01 cái - Dây thở kèm mask: 01 cái - Áp lực đầu vào: 15 Mpa - Áp lực đầu ra: 0,2- 0,3 Mpa - Van an toàn: 0,35 ± 0,05 Mpa - Lưu lượng: 1 - 10 lít/phút, điều chỉnh được - Mức áp suất khí trên đồng hồ: 250 kg/cm².</p>	- Bình oxy: Model: 10L Type: ISO159 - Bộ đồng hồ oxy: Model: HG-IG-R001/15	Nanjing Ocean Medical Products Co., Ltd - Trung Quốc	298	Bộ

